



Labex-468 ab SN 25800

Maßangaben



Ansicht ohne Türe gezeichnet



Lüftungsschlitze an der Maschinenraumblende dürfen nicht verdeckt werden.

Luftdurchgang auf der Rückseite oben:  
 mind. 250 cm<sup>2</sup>

Die mit   umrandeten Maße geben die nutzbare Breite / Tiefe / an.

